РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **007/1-251**

Государственный эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне от 0 до 60 МПа			**3.1.ZZC.0041.2013**
Наименование	Зав. №	Инв. №	№ в Госреестре
Преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И-ДИ-190-В	**2094967**	11273	**33587-12**

Назначение: измерение избыточного давления

Технические характеристики. Место хранения:к. 155

Наименование метрологической характеристики	Значение характеристики
Диапазон значений, в котором эталон хранит и передает единицу давления, МПа	от 0 до 60
Измеряемая среда	жидкость или газ
Класс точности эталона	0,05

Результаты первичной поверки от 13 августа 2013 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Относительная погрешность, %:		
от 20 до 60 МПа	0,01	0,05
от 0 до 20 МПа	0,1	0,017·60/P

Периодичность аттестации: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке) в процессе периодической аттестации

Преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И-ДИ-190-В пригоден для использования в качестве эталона при хранении передаче и воспроизведении единицы давления в диапазоне от 0 до 60 МПа.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
Д-027-08-13	13/08/13	первичная